

THÔNG BÁO

V/v mời chào giá mua sắm linh kiện, thiết bị phục vụ đánh giá phương pháp gia hạn Vimcerts

Kính gửi: Các quý Công ty

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh mời các đơn vị có chức năng xem xét, báo giá cho nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung báo giá

- Thiết bị phục vụ đánh giá phương pháp gia hạn Vimcerts (phụ lục 1 kèm theo).
- Linh kiện phục vụ đánh giá phương pháp gia hạn Vimcerts (phụ lục 2 kèm theo).

2. Địa điểm và thời gian nộp báo giá

2.1. Địa điểm nộp báo giá:

Các đơn vị nộp báo giá (báo giá phải là bản giấy được ký tên, đóng mộc đỏ) gửi đến Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Số 606 đường 30/4, phường 3, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2.2. Thời gian nộp báo giá:

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp nhận báo giá của các đơn vị trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo này được đăng tải trên trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ <http://sotnmt.tayninh.gov.vn>.

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh thông báo đến các đơn vị có chức năng quan tâm chào giá./.

Nơi nhận:

- VP.ĐKĐĐ (công khai trên web Sở);
- BGD TTQTTNMT;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PHỤ LỤC 1: THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP GIA HẠN VIMCERTS

(Kèm theo Thông báo số: /TB-QTTNMT ngày / /2024)

Stt	Tên hàng hóa	Công thức hóa học/thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Hãng	Ghi chú
PHÒNG PHÂN TÍCH THỬ NGHIỆM						
1	Máy cát đạm	- Phạm vi đo: 0,1 mg ~ 200mg nitơ ; - Độ chính xác: 1% ; - Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99% ; - Tốc độ: chưng cất 5 - 15 ml/phút	Máy	1	Model: KDN-04 Trung Quốc	Phân tích thông số N tổng
PHÒNG QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG						
1	Máy đo áp suất	- Áp suất khí quyển: 10 đến 1100 hPa; 7,5 đến 825,0 mmHg; 0,29 đến 3248 inHg - Độ phân giải: 0,1 hPa, 0,1mmHg, 0,01inHg - Nhiệt độ: 32 đến 122 °F (0 đến 50 °C) - Độ phân giải và độ chính xác cơ bản: 0,1 °F (°C) và ± 1,5 °F (0,8 °C) - Độ ẩm tương đối: 10 đến 90% RH - Độ phân giải / Độ chính xác cơ bản: 0,1% / ± (4% rdg + 1% RH)	Máy	1	Hãng: Extech - USA	Đo áp suất không khí

PHỤ LỤC 2: LINH KIỆN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP GIA HẠN VIMCERTS

(Kèm theo Thông báo số: /TB-QTTNMT ngày / /2024)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Hãng	Ghi chú
1	Cảm biến đo CO ₂ cho máy đo khí thải ống khói Testo 350	- Dải đo: 0 đến 50 Vol % - Độ chính xác: ± 0,3 Vol - Độ phân giải: 0,01 % - Thời gian đáp ứng: < 10s	cái	1	Testo	Thông số khí thải